

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
Secretaria/Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: Maca Retrátil

1. Descrição da necessidade de contratação a partir do problema a ser resolvido.

Utilizada em locomoção do paciente, que visa otimizar os atendimentos de acordo com a urgência e emergência médica.

2. Consta do plano de contratações anual? Caso não conste, justificar.

NÃO

3. Há requisito especial de contratação? Havendo, justificar.

NÃO

4. Descrição de quantidades, memória de cálculo e consideração da economia de escala.

05 unidades – Maca retrátil. Utilizada em locomoção do paciente, que visa otimizar os atendimentos de acordo com a urgência e emergência médica.

- Material: Alumínio
- Comprimento do Leito: 1905mm
- Comprimento Total: 1980mm ~ 2100mm (ajustável)
- Largura do Leito: 505mm
- Largura Total: 628mm
- Peso Líquido: 33Kg
- Capacidade Máxima de Carga: 300Kg
- Diâmetro das Rodas: 127mm
- Altura de Entrada: 530mm ~ 800mm (ajustável)
- Comprimento das Alças Laterais: 612mm
- Altura das Alças Laterais: 215mm
- Colchonete impermeável






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, nº 444, Centro, Cep 17201-900, Fone 36021777
Site: www.jau.sp.gov.br

Fis. _____

5

Jahu/SP, 09 de abril de 2025


Patrícia Elaine da Silva Souto
Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar


Jose Aparecido Segura Ruiz
Secretário de Saúde



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

" JAHU CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO "



" RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL "