

DETALHAMENTO DO OBJETO
ANEXO I

ITEM	CÓDIGO	NOME	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA
1	603.002.003	AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO, CAPACIDADE:25 LITROS, CARACTERÍSTICAS:PAINEL DE CONTROLE COM NO MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA ENTRE 121°C Á 134°C, RESERVATÓRIO DE ÁGUA É AÇO INOX, RESERVATÓRIO EXTERNO PARA 4 LITROS APROXIMADO, ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DA CÂMARA, BANDEJAS EM AÇO INOX, COM IMPRESSORA TÉRMICA PARA REGISTRO DOS DADOS, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, HORA E TEMPERATURA.	1	UN
2	603.002.004	AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO, CAPACIDADE:42 LITROS, CARACTERÍSTICAS:PAINEL DE CONTROLE COM NO MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA ENTRE 121°C Á 134°C, RESERVATÓRIO DE ÁGUA É AÇO INOX, RESERVATÓRIO EXTERNO PARA 4 LITROS APROXIMADO, ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DA CÂMARA, BANDEJAS EM AÇO INOX, COM IMPRESSORA TÉRMICA PARA REGISTRO DOS DADOS, TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, HORA E TEMPERATURA.	1	UN

31/03/2026

Luiz Carlos Munhoz
Diretor Epidemiológico
Secretaria Municipal de Saúde